



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
REGISTRATION CERTIFICATE
№ ФСЗ 2012/11810

от 28 марта 2012 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано
«ЛогТэг Рекордерс», Новая Зеландия,
LogTag Recorders, Northcote, Auckland 0748, New Zealand (PO Box 362-95)
и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской
техники)

Термоиндикатор LogTag регистрирующий со светодиодной индикацией,
с принадлежностями (см. Приложение на 2 листах)
производства

«ЛогТэг Рекордерс», Новая Зеландия,
LogTag Recorders, Northcote, Auckland 0748, New Zealand (PO Box 362-95)

класс потенциального риска 2а

ОКП 94 5250

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД №45097 от 14.11.2011

приказом Росздравнадзора от 28 марта 2012 года №1461-Пр/12

разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской
Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития



Е.А. Тельнова

015563

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT
№ ФСЗ 2012/11810

Лист 1

I. Термоиндикатор LogTag регистрирующий со светодиодной индикацией, варианты исполнения:

1. ТРИКС-8 TRIX-8 термоиндикатор.
2. ТРИКС-16 TRIX-16 термоиндикатор с увеличенным объёмом памяти.
3. ЮТРИКС-16 UTRIX-16 термоиндикатор с увеличенным объёмом памяти, встроенный USB-интерфейс.
4. ТРЕКС-8 TREX-8 термоиндикатор с выносным датчиком.
5. ХАКСО-8 НАХО-8 термоиндикатор с индикатором влажности.
6. ЮХАКСО-16 УНАХО-16 термоиндикатор с индикатором влажности с увеличенным объёмом памяти, встроенный USB-интерфейс.
7. ШРИК-4 SRIC-4 термоиндикатор однократного применения.
8. ШРИК-4Е SRIC-4Е термоиндикатор однократного применения с предустановленными пороговыми значениями тревог.
9. ТРИЛ-8 TRIL-8 низкотемпературный термоиндикатор.
10. ШРИЛ-8 SRIL-8 низкотемпературный термоиндикатор однократного применения.
11. ТРЕЛ-8 TREL-8 низкотемпературный термоиндикатор температуры с выносным датчиком.

II. Принадлежности:

1. Интерфейс Interface Cradles LTI/USB/RS232/ADP/BT.
2. Настенное крепление Wall Mount Bracket из поликарбоната.
3. Выносные датчики температуры Remote temperature probe.
 - 3.1. Стандартный датчик Tipped probe ST100T-15, длина кабеля 1.5 метра.
 - 3.2. Стандартный датчик Tipped probe ST100T-30, длина кабеля 3.0 метра.
 - 3.3. Укороченный датчик Short Tipped probe ST100S-15, длина кабеля 1.5 метра.
 - 3.4. Укороченный датчик Short Tipped probe ST100S-30, длина кабеля 3.0 метра.
 - 3.5. Укороченный низкотемпературный датчик Short Tipped probe ST10S-05, длина кабеля 0.5 метра.
 - 3.6. Укороченный низкотемпературный датчик Short Tipped probe ST10S-30, длина кабеля 3.0 метра.
 - 3.7. Удлиненный датчик с рукояткой Handled probe ST100H-15, длина кабеля 1.5 метра.
 - 3.8. Удлиненный датчик с рукояткой Handled probe ST100H-30, длина кабеля 3.0 метра.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития**
28 марта 2012 года

Е.А. Тельнова


020554

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

**ATTACHMENT
№ ФСЗ 2012/11810**

Лист 2

- 3.9. Бескорпусной датчик Vare probe ST100B-15 встраиваемый, длина кабеля 1.5 метра.
 - 3.10. Бескорпусной датчик Vare probe ST100B-30 встраиваемый, длина кабеля 3.0 метра.
 4. Защитный бокс LogTag® Protective Enclosure из прозрачного поликарбоната.
 5. Контрольная карточка индикатора Control Card.
 6. Инструкции по применению Instruction for use.
 7. Программное обеспечение_ЛогТаг Анализатор LogTag® Analyzer.
- III. Организации-изготовители:
- Moonpo Development Limited, Flat 4-7, 1/F, Wah Yiu Industrial Centre, 30-32 Au Pui Wan Street, Fotan, N.T., Hong Kong.
 - Techsen Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., Tong Fu Yu Industrial Zone, Block No. 8, Jinghong Road, Shajing Town, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China.



Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития
28 марта 2012 года



Е.А. Тельнова

020555