



# ПЕТРИТЕСТ

## БиоПроба СПРЕЙ

Петритест БиоПроба Спрей  
Двухкомпонентный экспресс-тест для поверхностей.  
Оригинальная технология НПО «Альтернатива»  
позволяет визуально оценить уровень загрязнения  
различных поверхностей.

Содержимое комплекта:

1. Компонент А (большой флакон).
2. Компонент Б (маленький флакон).

Внимание:

1. Для процедуры тестирования необходимо смешать компонент А с компонентом Б
2. Для смешивания компонентов и работы с раствором наденьте защитные перчатки, очки с боковой защитой и защитную маску (респиратор).



## Петритест БиоПроба Спрей. Процедура тестирования



1. Компонент Б полностью перелейте во флакон с компонентом А. Закройте.  
Перемешайте жидкость во флаконе.

2. Рабочий раствор должен быть фиолетового цвета. Перед использованием распылите немного раствора в сливное отверстие, чтобы определить, не изменился ли цвет внутри распылителя.

3. Нанесите на тестируемую поверхность рабочий раствор «Петритест БиоПроба спрей» с расстояния 20-30 см. Чем толще слой, тем легче определить изменился ли цвет.

4. При сильном загрязнении через несколько секунд цвет изменится с фиолетового на зеленый. Более легкая степень загрязнения проявится через 60 сек.

5. Если тестируемая поверхность темная или блестящая, для определения загрязнения промокните белым ватным диском участок поверхности с нанесенным индикатором.

6. Сразу же после процедуры (но не позже, чем через 10 мин.) тщательно промойте область тестирования чистой теплой водой и просушите.



**Оценка результата (светлая/белая поверхность):**

1. Рабочий раствор на тестируемой поверхности, поменял цвет с **фиолетового** на **зеленый** – присутствует загрязнение. Если цвет изменился с **фиолетового** на **желтый**, значит присутствует сильное загрязнение.
2. Индикатор не поменял цвет – загрязнение отсутствует.

**Оценка результата (темная/блестящая поверхность):**

1. Ватный диск, которым промокнули тестируемую поверхность, поменял цвет с **фиолетового** на **зеленый** – присутствует загрязнение. Если цвет изменился с **фиолетового** на **желтый**, значит присутствует сильное загрязнение.
2. Индикатор на ватном диске не изменился – загрязнение отсутствует.