



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР КАЧЕСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
125363, Россия, Москва, ул. Новопоселковая, дом 6, корпус 217, тел. +7 (495) 134-27-27

наименование испытательной организации, адрес, телефон



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам токсикологических исследований медицинского изделия

№ 12/Т.092.Р-2015 от «28» декабря 2015 г.

Аппарат в составе блоков электроakupунктурной диагностики, медикаментозного тестирования, электроakupунктурной, электромагнитной, квантовой, биорезонансной терапий (для профессионального применения, с возможностью индивидуального использования) в следующих исполнениях: «ДЕВИТА Профессионал» (DeVita Professional), «ДЕВИТА Д» («DeVita D»), «ДЕВИТА Фарма» («DeVita Pharma»), «ДЕВИТА Комби» («DeVita Combi»), «ДЕВИТА БРТ» («DeVita BRT»)

наименование медицинского изделия

Составлен

Испытательная лаборатория АНО «ЦЕНТР КАЧЕСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

наименование организации, проводящей испытания

г. Москва, ул. Новопоселковая, дом 6, корпус 217

(с указанием места проведения испытания)

Полномочия на проведение испытаний, аккредитация на техническую компетентность и независимость для проведения работ по испытаниям.

Аттестат аккредитации испытательной организации

Аттестат аккредитации № RA.RU.21MД11 выдан 30.04.2015 г.

№, дата выдачи, область аккредитации

действителен до бессрочно

Заключение по результатам токсикологических исследований медицинского изделия не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения АНО «Центр КЭБМИ», Россия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытанное медицинское изделие «Аппарат в составе блоков электроakupунктурной диагностики, медика-ментозного тестирования, электроakupунктурной, электромагнитной, квантовой, биорезонансной терапий (для профессионального применения, с возможностью индивидуального использования) в следующих исполнениях: «ДЕВИТА Профессионал» (DeVita Professional), «ДЕВИТА Д» («DeVita D»), «ДЕВИТА Фарма» («DeVita Pharma»), «ДЕВИТА Комби» («DeVita Combi»), «ДЕВИТА БРТ» («DeVita BRT»)), производства ООО «ДЕТА-ЭЛИС ХОЛДИНГ», Россия

наименование медицинского изделия

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям безопасного применения.

Приложения:


А – Протокол токсикологических исследований медицинского изделия №№ 12/Т.092.1.Р-2015

Б – Утвержденная программа токсикологических исследований медицинского изделия № 12/Т.092.Р-2015.

Приложения являются неотъемлемой частью Акта.

Подписи:

Руководитель группы токсикологических исследований




С.С. Маврин

Член группы физико-химических исследований - к.х.н.



Е.В. Пугачева

Член группы физико-химических исследований - к.т.н.



Ю.В. Богатов