

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)
 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Приложение
 к заключению об оценке состояния измерений
 № 146 от « 24 » октября 20 20 г.
 действительно до « 24 » октября 20 23 г.
 на 2 листах, лист 1

Строительная лаборатория
наименование лаборатории

ООО «Североуральский завод железобетонных конструкций»

наименование организации-заявителя (юридического лица / индивидуального предпринимателя (организации), в состав которой входит лаборатория)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ В НИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Объекты	Определяемые показатели	Методики (методы) измерений
1	2	3	4
1	Бетоны	Водонепроницаемость	ГОСТ 12730.5-84 Приложение 4
		Морозостойкость	ГОСТ 10060-2012 п.6.2
		Истираемость	ГОСТ 13087-88 п.2
		Прочность на сжатие по контрольным образцам.	ГОСТ 10180-2012
		Плотность	ГОСТ 12730.1-78
		Водопоглощение.	ГОСТ 12730.3-78
		Прочность методом неразрушающего контроля.	ГОСТ 22690-2015 п.7.4
2	Растворы строительные	Подвижность растворной смеси	ГОСТ 5802 п.2
		Плотность растворной смеси	ГОСТ 5802 п.3

 Главный метролог



 Д.Г. Дедков
 фамилия, инициалы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Приложение

к заключению об оценке состояния измерений

№ 146 от « 24 » октября 20 20 г.
действительно до « 24 » октября 20 23 г.
на 2 листах, лист 2

1	2	3	4
2		Расслаиваемость раствора	ГОСТ 5802 п.4
		Предел прочности на сжатие	ГОСТ 5802 п.6
3	Смеси бетонные	Удобоукладываемость бетонной смеси	ГОСТ 10181-2014 п. 4.2
4	Песок	Морозостойкость	ГОСТ 8735-88 п.13
		Зерновой состав и модуль крупности	ГОСТ 8735-88 п.3
		Содержание глины в комках	ГОСТ 8735-88 п.4
		Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 8735-88 п.5.1
		Насыпная плотность	ГОСТ 8735-88 п.9
		Влажность	ГОСТ 8735-88 п.10
5	Щебень и гравий.	Морозостойкость	ГОСТ 8269.0-97 п.4.12
		Зерновой состав	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3
		Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1
		Содержание глины в комках.	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6.
		Содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.
		Насыпная плотность	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19.
		Влажность	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18.
6	Цемент	Нормальная густота цементного теста	ГОСТ 310.3-76 п.1
		Сроки схватывания	ГОСТ 310.3-76 п.2
		Равномерность изменения объема	ГОСТ 310.3-76 п.3



Главный метролог

Д.Г. Дедков

фамилия, инициалы