



ГСО для работы на приборах контроля качества нефти и нефтепродуктов производства ЗАО «ЛОИП»

**РЕКОМЕНДОВАНО**

Исследование	Наименование ГСО	Диапазон аттестованных значений	Фасовка, мл	Номер для заказа ЗАО «ЛОИП»
Температура вспышки в закрытом тигле	ТВЗТ-30-НС	29-35 °С	100	H0000026299
			250	H0000026310
			500	H0000026311
	ТВЗТ-50-НС	47-55 °С	100	H0000026300
			250	H0000026313
			500	H0000026314
	ТВЗТ-140-НС	135-149 °С	100	H0000026301
			250	H0000026316
			500	H0000026317
	ТВЗТ-180-НС	165-200 °С	100	H0000026302
			250	H0000026318
			500	H0000026319
Температура вспышки в открытом тигле	ТВОТ-150-НС	145-160 °С	100	H0000026303
			250	H0000026320
			500	H0000026321
	ТВОТ-190-НС	185-205 °С	100	H0000026304
			250	H0000026322
			500	H0000026323
	ТВОТ-230-НС	225-245 °С	100	H0000026305
			250	H0000026324
			500	H0000026325
	ТВОТ-270-НС	255-280 °С	100	H0000026306
			250	H0000026326
			500	H0000026327
Фракционный состав	<b>Бензин</b>			
	ФС-Б-НС	нк – 36, кк - 187	110	H0000026307
	<b>Дизель</b>			
	ФС-ДТ-НС	нк – 193, кк - 360	110	H0000026308
Фракционный состав	<b>Ракетное топливо</b>			
	ФС-РТ-НС	нк – 148, кк - 225	110	H0000026309
ПТФ	ПТФ-ПА (ДТ-1)	-10...-20 °С	60	H0000033165
	ПТФ-ПА (ДТ-1)	-25...-40°С	60	H0000033166