



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "ОКБ Веста". ОГРН: 1027807974985.
Сведения о государственной регистрации: 20.09.2002 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу

Адрес места нахождения: 192102, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Самойловой, дом 5, лит. П, пом. 4Н-18. Телефон: +78127129215, Факс: +78127129215, E-mail: info@okbvesta.ru.

в лице Генерального директора Быкова Юрия Александровича

заявляет, что Весы лабораторные ВМ, модификации: ВМ153М, ВМ213М, ВМ313М, ВМ510ДМ, ВМ512М ВМ153, ВМ213, ВМ313, ВМ510Д, ВМ512, ВМ1502, ВМ2202, ВМ5101, ВМ6101, ВМ12001, ВМ24001

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ОКБ Веста",

Адрес места нахождения: 192102, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Самойловой, дом 5, лит. П, пом. 4Н-18. Телефон: +78127129215, Факс: +78127129215, E-mail: info@okbvesta.ru.

Код ТН ВЭД 9016001000, 8423890000. Код ОКПД2 26.51.31.000, 28.29.31.115.

Серийный выпуск продукции в соответствии с ТУ 4274-003-58887924-2007.

соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза

(технического регламента Таможенного союза) "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011),

технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента

Таможенного союза) "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 06086104-18-СИЦ от 30.01.2019 Испытательной лаборатории Ассоциации "Сертификационный Испытательный Центр", адрес места нахождения: РОССИЯ, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр-кт, д. 68, лит. Б, корпус 2, пом. 110-111, тел. +78125280883, факс +78127027636, E-mail: npsic@npsic.ru, аттестат аккредитации RA.RU.21ME95 (дата внесения в реестр 25.02.2016); сертификата соответствия ТС RUC-TW.МЛ02.В.00249, RA.RU.11МЛ02, ООО «СЗНТЦИС», 192007, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Курская, 28/32, me35@mail.ru; info@reglamentsert.ru. Схема декларирования 3Д.

Дополнительная информация

Стандарты см. Приложение № 1 на 1 листе. Условия хранения: чистые, отопляемые, вентилируемые помещения с температурой воздуха от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажностью до 80%. Срок хранения весов – 6 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации весов 36 месяцев со дня отгрузки. Продукция маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза на изделии, упаковке и на товаросопроводительной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.02.2024 включительно



(подпись)

М.П.

Быков Юрий Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МЛ03.В.00019/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 27.02.2019